PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 – ESCLARECIMENTOS Nº 01

PERGUNTAS:

REF. AO LOTE 02 – ITEM 02
ESPECTROFOTÔMETRO MULTIPARÂMETRO

Perguntamos:

1) Em substituição à cubeta de 22 mm com tampa, poderão ser aceitos um dos seguintes modelos?

Cubetas retangulares: 10 mm e 50 mm;
Cubeta quadrada: 25 mm (1");
Cubetas redondas: 13 mm, 16 mm e 1 polegada.

1) Qual o tipo de conexão USB requerido para o equipamento (Tipo A, Tipo B ou Tipo C)?

2) O equipamento a ser ofertado não opera por bateria de lítio, mas sim por meio de fonte de alimentação externa. Essa configuração será aceita?

3) O equipamento já é fornecido com adaptador de energia 15 VDC. Nesse caso, será necessário ofertar uma unidade adicional ou podemos considerar apenas o adaptador que acompanha o equipamento?

4) Quanto ao certificado de qualidade do instrumento mencionado no Termo de Referência, podemos considerar que se trata do certificado de calibração do equipamento?

REF. AO LOTE 03 – ITEM 03
OXIMETRO PORTÁTIL DIGITAL

Perguntamos

1) Será aceito equipamento que opera por uma metodologia de luminescência?

2) Quanto ao certificado de qualidade do instrumento mencionado no Termo de Referência, podemos considerar que se trata do certificado de calibração do equipamento?

RESPOSTAS:

De acordo com a Unidade de Tratamento de Esgoto, segue o esclarecimento, conforme solicitado:

Espectrofotômetro (Lote 02/Item 02)

1) O Termo de Referência não estabeleceu requisito específico quanto ao passo óptico (caso o questionamento esteja se refererindo a isso). No Termo, quando foi citado 22mm de cubeta, quis dizer 22mm de diâmetro externo, tanto da cubeta de 10 mL quanto a de 25 mL.

2) O Termo de Referência não estabeleceu requisito específico para o tipo de conexão USB, portanto pode ser qualquer tipo.

3) Pelo Termo, a bateria de lítio é exigência
.

4) Não será necessário.

5) Deve-se considerar um documento do fabricante atestando que o equipamento foi fabricado e aprovado comprovando a qualidade e a conformidade.

- Oxímetro (Lote 03/Item 03)

1) Não.

2) Deve-se considerar um documento do fabricante atestando que o equipamento foi fabricado e aprovado comprovando a qualidade e a conformidade.

Seção de Licitações
24/07/2026